



Servizio Provveditorato

Pieve di Soligo, **27.05.2009**

Protocollo n. **566/SPE**

OGGETTO: Invito a Licitazione Privata per la Fornitura di un sistema PACS – proroga e chiarimenti.

Facendo seguito alla lettera invito prot. n. **12796** del **02.04.2009**, a seguito della richiesta di proroga di ditte concorrenti

si comunica

che con deliberazione n. 762 in data 26.05.2009 si è disposta la **proroga dei termini** della Licitazione Privata per la Fornitura di un sistema PACS, come segue:

- la presentazione dell'offerta viene prorogata di 13 giorni, e viene ora prevista **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Martedì 16 Giugno 2009** all'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ULSS N. 7 - Via Lubin, 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV);
- ai fini dell'ammissione alla gara alle **ore 10,00 del giorno Giovedì di 18 Giugno 2009** presso la "Sala Riunioni 1" della Sede ULSS n°7 di Pieve di Soligo, Via Lubin 16, in seduta pubblica, avverrà l'apertura dei plichi per il riscontro della regolare presentazione della documentazione richiesta.

Con il medesimo provvedimento sono stati pure approvate le seguenti modifiche, chiarimenti e integrazioni apportate al Capitolato Speciale e alla Lettera Invito:

RICHIESTE di CHIARIMENTI per la LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PACS

Chiarimento n. 1 del 25.05.09

Domanda

Poiché l'art. 2 della lettera-invito.... prevede:

- al paragrafo 17, la "Gestione dei sistemi di stampa su pellicola attualmente in dotazione, con i relativi materiali di consumo e costi di manutenzione, da utilizzare durante l'avviamento del sistema PACS/RIS e successivamente secondo le esigenze che verranno a maturare. Al momento dell'avvio della fornitura verrà effettuata una rilevazione delle scorte di magazzino di pellicole/prodotti chimici/CD/DVD esistenti a quella data: la ditta aggiudicataria si impegna sin d'ora a rimborsare l'ULSS del loro valore di acquisto";
- al paragrafo 23, "Attività di manutenzione e aggiornamento hw/sw **dei sistemi** forniti, e riutilizzati, di quelli **in via di sostituzione** e dei software applicativi, durante tutto il periodo della fornitura; in particolare saranno compresi anche gli aggiornamenti o patches dei sistemi operativi e dei software antivirus (che dovranno essere forniti e dovranno essere compatibili con i sistemi e gli applicativi oggetto della fornitura), secondo le best practices informatiche e la normativa sulla sicurezza informatica";

Stante che:

- i sistemi di stampa menzionati al paragrafo 17 risultano forniti dalla società Kodak/Carestream (altresi produttore dei medesimi);
- la richiesta di farsi carico della manutenzione di tali sistemi e **della fornitura dei relativi materiali di consumo (pellicole) per l'intero periodo di contratto** obbliga implicitamente la ditta aggiudicataria ad un vincolo contrattuale nei confronti della stessa Kodak/Carestream;
- i sistemi hw/sw menzionati al paragrafo 23, in via di sostituzione, sono ancora una volta della ditta Kodak/Carestream alla quale l'azienda aggiudicataria dovrà fare riferimento per la gestione sia tecnica che economica nell'attività di manutenzione e successivamente di sostituzione di detti sistemi;
- dal momento che Kodak/Carestream è stata invitata a partecipare alla gara in oggetto, si verrà a creare un'indiscutibile squilibrio competitivo a favore di tale società, che potrà beneficiare del duplice vantaggio legato da una parte ad una più facile valutazione dei costi relativi all'offerta e dall'altra a non essere costretta a reperire tali prodotti sul mercato, potendo reperirli a prezzo di costo;
- la richiesta di farsi carico, una volta aggiudicata la gara, della rilevazione delle scorte di materiale di consumo a magazzino (pellicole) e di rimborsare l'ULSS del corrispettivo di acquisto, oltre, ancora una volta, a costituire un indubbio vantaggio economico a favore dell'azienda attualmente fornitrice del materiale menzionato (ovvero Kodak/Carestream), crea addirittura le condizioni per una offerta indeterminata;
- non è dato sapere, a chi partecipa all'appalto, quale sia la quantità di materiale oggetto del rimborso, fintanto che non si sia aggiudicato l'appalto, né i termini economici di tale rimborso.

Alla luce dei suddetti rilievi la scrivente società chiede che codesta Spett.le Azienda ULSS voglia provvedere ad annullare le previsioni dettate dai paragrafi 17 e 23 menzionati, o comunque possa prendere in considerazione la riformulazione delle stesse in modo da assicurare a tutti i concorrenti le medesime condizioni di partecipazione.

Risposta

Per venire incontro alle esigenze sopra rappresentate i seguenti paragrafi del 2° comma dell'art. 2 del Capitolato Speciale vengono così riformulati:

- paragrafo 17: Gestione dei sistemi di stampa su pellicola di proprietà dell'ULSS attualmente in dotazione. I relativi materiali di consumo e costi di manutenzione rimarranno a carico di questa Azienda ULSS n. 7 per i primi quattro mesi di avviamento del nuovo sistema PACS/RIS, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. Per eventuali successive esigenze di stampa su pellicola la ditta concorrente avrà cura di proporre proprie soluzioni operative, comprensive dei relativi materiali di consumo e costi di manutenzione.
- paragrafo 23: Attività di manutenzione e aggiornamento hw/sw dei sistemi forniti e riutilizzati e dei software applicativi, durante tutto il periodo della fornitura; in particolare saranno compresi anche gli aggiornamenti o patches dei sistemi operativi e dei software antivirus (che dovranno essere forniti e dovranno essere compatibili con i sistemi e gli applicativi oggetto della fornitura), secondo le best practices informatiche e la normativa sulla sicurezza informatica.

Chiarimento n. 2 del 25.05.09

Domanda

Integrazioni:

Premesso che il costo delle attività di integrazione lato sistema RIS PACS è a carico della Ditta offerente, si chiede di confermare come anticipato in sede di sopralluogo, che l'Azienda ULSS 7 si farà garante nei confronti dei fornitori dei sistemi informativi già esistenti (esempio CUP/ADT/PS ecc...) assumendone contestualmente gli oneri, relativamente alle attività che codeste ditte dovranno eventualmente avviare per l'integrazione.

Risposta

Si conferma che questa Azienda ULSS 7 ha già assunto a proprio carico gli oneri richiesti dai fornitori dei software aziendali di gestione degli utenti (CUP/ADT/PS ecc...), precisando che le "integrazioni attualmente presenti utilizzano un sistema middleware HL7 fornito da Sago per la parte Cup – RIS e Rapsodhy (gestito da Sago) per la parte Pronto Soccorso – RIS" avente le specifiche indicate nei documenti consegnati nel corso del sopralluogo.

Chiarimento n. 3 del 25.05.09

Domanda

Migrazione dati dal sistema Mini RIS/PACS esistente:

Premesso che il costo delle attività di ricezione lato nuovo sistema RIS/PACS è a carico della Ditta offerente, si chiede di confermare come anticipato in sede di sopralluogo, che l'Azienda ULSS 7 si farà garante nei confronti del fornitore del sistema mini RIS/PACS già esistente assumendone contestualmente gli oneri, relativamente alle attività che codesta ditta dovrà eventualmente avviare per tale migrazione.

Risposta

Si conferma che questa Azienda ULSS 7 assumerà a proprio carico eventuali oneri richiesti dal fornitore dell'attuale sistema mini-PACS/RIS per il riversamento (secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) di immagini, dati e referti (esami e studi) archiviati.

Chiarimento n. 4 del 25.05.09

Domanda

Apparecchiature – stato classi Dicom:

Si chiede di chiarire su quali modalità diagnostiche sono attualmente implementati e attivi i moduli DICOM (classi Storage e Worklist almeno) necessari per l'integrazione con il sistema RIS PACS. Si chiede di confermare come anticipato in sede di sopralluogo, che l'Azienda ULSS 7 si assumerà l'onere per gli eventuali moduli DICOM mancanti.

Risposta

Si conferma che questa Azienda ULSS7 si assumerà l'onere per l'eventuale interfacciamento delle apparecchiature non conformi allo standard DICOM rilevate dalla ricognizione da parte della ditta aggiudicataria, senza alcun onere per la stessa ad esclusione delle eventuali attività di configurazione necessarie in fase di interfacciamento col RIS/PACS.

Chiarimento n. 5 del 25.05.09

Domanda

Workstation e Robot installati:

Si chiede di confermare che le workstation ed i Robot per la produzione CD installati, sono quelli visti durante il sopralluogo e non ne esistono ulteriori, sono di vostra proprietà e quindi integrabili nel progetto RIS/PACS, in particolare:

Conegliano:

- n. 3 Ws 3MP color doppio monitor EIZO con WS DELL Precision 690
- n. 1 Ws 5MP Colorgrey in consegna
- n. 1 Robot Amigo II

De Gironcoli:

- n. 1 Ws 3MP color doppio monitor EIZO con WS DELL Precision 690
- n. 1 Robot Amigo II

Vittorio Veneto:

- n. 3 Ws 3MP color doppio monitor EIZO con WS DELL Precision 690
- n. 1 Robot Amigo II

Si richiede inoltre se Codesta Spettabile Azienda ULSS abbia intenzione di acquistare una ulteriore Workstation da 5Mp a Conegliano.

Risposta

Tutte le apparecchiature sopra elencate sono di proprietà di questa Azienda ULSS n. 7 che non ha in acquisto ulteriori workstation da 5 MP a Conegliano.

Si precisa che la "Ws 5MP in consegna" a Conegliano comprenderà il doppio monitor EIZO Grayscale, e che una delle tre "Ws 3MP color" di Vittorio Veneto ha il doppio monitor BARCO.

Chiarimento n. 6 del 25.05.09

Domanda

Amministrazione di sistema:

La figura professionale dell'amministratore di sistema nominato dalla ULSS, a cui si fa riferimento a pag. 16 del Vostro Invito a gara nella sezione di formazione e addestramento del personale, sarà fornita dall'Azienda ULSS o dovrà essere in carico alla Ditta Aggiudicataria?

Risposta

L'Amministratore di sistema sarà un dipendente del Servizio per l'Informatica dell'ULSS, e/o sarà comunque a carico di questa Azienda ULSS n. 7.

Chiarimento n. 7 del 25.05.09

Domanda

Rete LAN:

A carico di chi sono eventuali opere di adeguamento della rete LAN e/o WAN?

Risposta

Eventuali opere di adeguamento della rete LAN e/o WAN saranno a carico di questa Azienda ULSS n. 7.

Chiarimento n. 8 del 25.05.09

Domanda

Con riferimento al Vostro invito prot. n. 12796 del 02.04.2009, si chiede conferma che non debba essere pagata la contribuzione all'Autorità di Vigilanza Appalti Pubblici.

Risposta

La contribuzione non è dovuta in quanto il Bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Chiarimento n. 9 del 25.05.09

Domanda

Relativamente alla gara in oggetto per chiedere al Vs. Spett.le Ente se è consentita la partecipazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, con altra azienda che non ha presentato domanda di ammissione.

Risposta

E' consentita la partecipazione in R.T.I. con altre aziende non invitate purché la parte maggioritaria faccia capo alla Capogruppo regolarmente invitata.

Il Bando di gara prevedeva: l'eventuale costituzione "Nei modi stabiliti dalla normativa (art. 4 punto 2 della Direttiva 2004/18/CE e art. 10 D. Lgs. n. 358/92)"; e "Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento da parte di concorrenti che singolarmente siano in possesso dei requisiti di partecipazione".

L'azienda non invitata dovrà trasmettere la documentazione richiesta per la partecipazione di cui al punto III.2.1.1 (Situazione giuridica – prove richieste) del Bando di gara.

A pag. 23 del Capitolato Speciale (4° comma del punto A – PROPOSTA TECNICA - dell'Art. 10 – Formulazione dell'Offerta) viene richiesto "Nel caso di raggruppamento o consorzio di imprese, la proposta tecnica dovrà essere unica e sottoscritta da ciascun componente dell'ATI (capogruppo e anche dalle singole facenti parte del raggruppamento), con specificato in modo analitico i compiti e le parti della fornitura che saranno svolte da ognuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.".

Chiarimento n. 10 del 25.05.09

Domanda

Al punto 17 art. 2 Capitolato Speciale si richiede la gestione dei sistemi di stampa su pellicola attualmente in dotazione con i relativi materiali di consumo per tutta la durata del contratto: poiché tale fornitura vincola l'acquisizione del materiale dalla azienda Carestream si chiede di escludere tale parte di fornitura dalla suddetta gara.

Al punto 17 art. 2 Capitolato Speciale si richiede la rilevazione delle scorte di magazzino di pellicole al momento dell'avvio della fornitura con relativo rimborso dell'ULSS: si richiede se tale affermazione sia un refuso o eventualmente di quantificarne il costo.

Risposta

Come da risposta al chiarimento n. 1, il seguente paragrafo del 2° comma dell'art. 2 del Capitolato Speciale viene così riformulato:

- paragrafo 17: Gestione dei sistemi di stampa su pellicola di proprietà dell'ULSS attualmente in dotazione. I relativi materiali di consumo e costi di manutenzione rimarranno a carico di questa Azienda ULSS n. 7 per i primi quattro mesi di avviamento del nuovo sistema PACS/RIS, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. Per eventuali successive esigenze di stampa su pellicola la ditta concorrente avrà cura di

proporre proprie soluzioni operative, comprensive dei relativi materiali di consumo e costi di manutenzione.

Chiarimento n. 11 del 25.05.09

Domanda

Si chiede di esplicitare il numero delle procedure radiologiche esterne ed interne.

Risposta

Vedi l'allegato documento: Anno 2008 – PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VOLUMI DEFINITIVI DI ATTIVITA'.

Chiarimento n. 12 del 25.05.09

Domanda

Si chiede di esplicitare il numero di Workstation con monitor Diagnostici, Robot CD paziente attualmente presenti e che verranno installate nell'anno 2009 presso le radiologie dei diversi presidi.

Risposta

Vedi risposta al chiarimento n. 5.

Chiarimento n. 13 del 25.05.09

Domanda

Si richiede l'esatto numero di postazioni per la refertazione vocale presenti nelle diverse radiologie.

Risposta

Le postazioni sono 20.

Chiarimento n. 14 del 25.05.09

Domanda

Nell'art. 3 Capitolato Speciale si chiede di iniziare la fornitura entro 30 giorni naturali dalla data dell'avvenuta aggiudicazione definitiva: si richiede di estendere tale inizio a 90 giorni naturali in linea con i tempi di stipulazione del contratto e consegna media delle maggiori case produttrici delle componenti Hardware necessarie.

Risposta

Sono confermati i 30 giorni per l'inizio della fornitura; per fornitura è da intendersi l'insieme delle fasi transitorie, di implementazione e startup del sistema.

I 30 giorni naturali e consecutivi decorrono dalla "data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva" indicata in capitolato, che sarà successiva al completamento dell'iter burocratico interno. Nel "cronoprogramma" che la ditta presenterà a corredo della proposta tecnica saranno dettagliati gli "step" proposti per la dismissione dell'esistente, l'avvio e lo svolgimento delle implementazioni dei vari sistemi.

Chiarimento n. 15 del 25.05.09

Domanda

Nell'art. 2 Capitolato Speciale si chiede di integrare nel sistema PACS vari dipartimenti tra cui la Cardiologia non facendo riferimento però al rispettivo ambiente di refertazione. Poiché per la consistenza del dato Referto-immagini deve essere presente una chiave univoca che lega l'immagine al referto (Accession Number), si chiede se il Sistema PACS dovrà essere solo il repository delle immagini lasciando ai rispettivi verticali dipartimentali la creazione delle worklist o dovrà occuparsi anche della generazione di queste ultime.

Risposta

Il sistema RIS/PACS dovrà occuparsi anche della generazione delle worklist ed integrare le modalità relative alla fase 2 alla stessa stregua delle modalità del Dipartimento per Immagini.

Chiarimento n. 16 del 25.05.09

Domanda

Al punto 1 art. 2 Capitolato Speciale si fa riferimento al Sistema RIS per la gestione del magazzino dell'emodinamica: si chiede se si tratta di un refuso.

Risposta

Per semplificare l'offerta viene tolta la seguente frase "gestione materiale di consumo per emodinamica ed interventistica in conto vendita e/o in conto deposito tramite l'integrazione con il sistema informatico aziendale di riordino" dal punto 1. del 2° comma dell'art. 2 (Oggetto della fornitura) del Capitolato Speciale.

Chiarimento n. 17 del 25.05.09

Domanda

Durante il sopralluogo è emersa la necessità di integrazione dell'ambiente RIS PACS con l'applicativo di Screening Regionale per la gestione della prenotazione, anamnesi, refertazione doppia cieca e immagini: si chiede se tale integrazione, la refertazione doppia cieca e la gestione dell'anamnesi nelle procedure di Screening debbano essere incluse nella fornitura.

Risposta

Non deve essere inclusa nella fornitura. Potrà essere uno sviluppo futuro.

Chiarimento n. 18 del 25.05.09

Domanda

Si chiede di definire il numero delle sale operatorie e di Emodinamica che saranno operative dal primo gennaio 2010 per le quali si dovrà fornire una Workstation di visualizzazione.

Risposta

Le sale operatorie e di emodinamica dal 1/1/2010 non si modificano rispetto a quelle attualmente in uso.

Chiarimento n. 19 del 25.05.09

Domanda

Nell'offerta economica al punto 1 si richiede il canone trimestrale al termine delle fasi 1 e 2 poiché

tali fasi potrebbero terminare prima dei due anni: si chiede se il numero dei canoni relativi a seguito del collaudo funzionale sarà determinato dal cronoprogramma presentato nella documentazione tecnica.

Risposta

SI.

Chiarimento n. 20 del 25.05.09

Domanda

Nell'offerta economica al punto 2 si indica un tetto massimo di 60.000,00 euro: si richiede se tale limite sia un refuso o viene confermato.

Risposta

Il tetto massimo è di 60.000,00 € mensili. Viene confermato in quanto corrispondente all'attuale costo medio mensile dei consumabili. E' da tenere comunque presente la modifica apportata ai paragrafi 17 e 23 del 2° comma dell'art. 2 del Capi tolato Speciale, che sono stati riformulati come da risposta al sopra riportato chiarimento n. 1.

Chiarimento n. 21 del 25.05.09

Domanda

Si richiede il costo attuale delle pellicole del primo trimestre 2009 sostenuto dall'ULSS 7.

Risposta

L'attuale costo medio mensile delle pellicole e consumabili vari è di € 60.000,00. E' da tenere presente la modifica apportata ai paragrafi 17 e 23 del 2° comma dell'art. 2 del Capitolato Speciale, che sono stati riformulati come da risposta al sopra riportato chiarimento n. 1.

Chiarimento n. 22 del 25.05.09

Domanda

Si richiede se nell'offerta economica al punto 6 per "Prezzo complessivo del sistema proposto" si intende il prezzo dell'intera fornitura, e quindi Sistema RIS PACS, Consumabili e Manutenzione.

Risposta

Il "**prezzo complessivo del sistema proposto per l'intero periodo contrattuale di 6 anni**" da indicare al punto 6) dell'offerta economica è riferito alle configurazioni, step e quantità indicate nel cronoprogramma e nella proposta tecnica, e a tutto quanto indicato nei precedenti punti dell'offerta economica, salvo le opzioni, IVA esclusa. Saranno quindi compresi anche i costi per i Consumabili e le Manutenzioni e saranno esclusi solamente i costi relativi alle opere murarie e impiantistiche e quanto derivante dalla modifica apportata ai paragrafi 17 e 23 del 2° comma dell'art. 2 del Capitolato Speciale, che sono stati riformulati come da risposta al sopra riportato chiarimento n. 1. Il **prospetto riassuntivo** allegato all'offerta evidenzierà in modo chiaro la modalità di calcolo di detto prezzo, descrivendo analiticamente le varie componenti.

Chiarimento n. 23 del 25.05.09

Domanda

Si chiede se le verifiche di sicurezza elettrica devono essere effettuate solo sulle workstation.

Risposta

Tutti i componenti della fornitura dovranno essere sottoposti a verifiche di sicurezza elettrica, ad esclusione dei componenti non elettromedicali non presenti in area paziente secondo quanto prescritto dalla guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione".

Chiarimento n. 24 del 25.05.09

Domanda

Nell'art. 2 (Oggetto della fornitura) del Capitolato Speciale nella prima riga si afferma che "oggetto della fornitura è un sistema PACS in grado di fornire le seguenti macro-funzionalità": si richiede se all'interno della fornitura il sistema RIS attualmente in uso debba essere sostituito o possa essere mantenuto.

Risposta

L'appaltatore dovrà fornire un sistema Ris/Pacs perfettamente integrato e garantirne il funzionamento, quindi si prevede di sostituire anche l'attuale sistema Ris in modo da potere ottenere le migliori architetture e funzionalità possibili.

Chiarimento n. 25 del 25.05.09

Domanda

Dal sopralluogo è emerso come il Sistema RIS attualmente in uso utilizzi l'Infrastruttura Hardware e Database presente presso la sala server di Conegliano: si richiede quali, e le eventuali specifiche, delle componenti HW – Switch in fibra, Server, Storage – attualmente gestite dal CED possono essere utilizzate, e chi, nel caso, ne abbia in carico la manutenzione.

Risposta

L'infrastruttura hardware attualmente presente è disponibile per ospitare il database Oracle del Ris, come è attualmente; l'infrastruttura non è disponibile per ospitare il deposito delle immagini Pacs che dovranno essere ospitate su altri sistemi forniti dall'appaltatore.

Per quel che riguarda l'attuale hardware che ospita il database del Ris, questo ha le seguenti caratteristiche: si tratta di un sistema a 5 nodi Unix con sistema Operativo HP-UX 11.23 mission critical, e database Oracle 10g RAC versione 10.2.0.3; lo storage che viene utilizzato è un HP EVA 4000 con connessioni ridondate in SAN e switch ottici. I server Unix sono dedicati esclusivamente alla funzionalità di database server; sono poi utilizzati due server HP 360G5 con sistema operativo Linux RedHat versione Enterprise ed ambiente Java per fungere da application server per il Ris.

La manutenzione di questi sistemi è in carico alla azienda Ulss7.

Diversamente, il sistema Pacs dovrà essere a completo carico dell'appaltatore, sia per la fornitura, che per la manutenzione che per l'assistenza.

Chiarimento n. 26 del 25.05.09

Domanda

Si richiede se le attuali Workstation Cardiologiche per la visualizzazione delle immagini presenti presso il dipartimento di Cardiologia dovranno essere integrate con i nuovi applicativi RIS PACS.

Risposta

Solo quelle già in modalità DICOM.

Chiarimento n. 27 del 25.05.09

Domanda

All'interno dell'art. 8 Capitolato Speciale – “Manutenzione” – si indica che l'attività di manutenzione preventiva dovrà comprendere le verifiche di sicurezza elettrica: essendo le verifiche di sicurezza elettrica in ambiente ospedaliero eseguite secondo la norma CEI 62-5, si chiede se si tratta di un refuso o se in alternativa quali componenti/elementi del sistema RIS/PACS dovranno essere sottoposti a tali verifiche essendo il sistema composto anche da apparati server informatici, dispositivi masterizzatore CD, etc..

Risposta

Si veda come risposta il chiarimento dato al punto n. 23.

Chiarimento n. 28 del 25.05.09

Domanda

All'interno dell'art. 8 Capitolato Speciale – “Manutenzione” – si fa riferimento ad un servizio di helpdesk telematico: si chiede se per l'implementazione dei servizi di teleassistenza verrà messa a disposizione la rete informatica ospedaliera o se invece dovrà essere predisposta una linea ADSL a carico della ditta aggiudicataria. Si chiede inoltre se il servizio di teleassistenza dovrà tenere in considerazione specifici protocolli di comunicazione o policy della rete informatica ospedaliera, ed in caso affermativo specificare quali.

Risposta

L'azienda Ulss7 metterà a disposizione per la teleassistenza dei collegamenti in modalità VPN in modo tale da permettere il collegamento verso I sistemi Ris/Pacs, le workstations e le eventuali altre apparecchiature oggetto di assistenza.

Si richiede il rispetto della normativa sulla sicurezza, ed in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Chiarimento n. 29 del 25.05.09

Domanda

In riferimento al punto 1) dell'art. 8 – Parte tecnico-amministrativa - documentazione e certificazioni del Vostro Capitolato Speciale, si richiede di specificare cosa si intende per documentazione tecnica “in originale” e se è sufficiente produrre stampe a colori di schede tecniche e depliant di quanto offerto il tutto sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda concorrente.

Risposta

Vanno bene stampe e schede tecniche sottoscritte dal legale rappresentante.

Chiarimento n. 30 del 25.05.09

Domanda

Si richiede di specificare se la fornitura oggetto della gara è soggetta a locazione operativa o leasing finanziario.

Risposta

NO.

Chiarimento n. 31 del 25.05.09

Domanda

Si chiede di indicare, per ciascun Presidio Ospedaliero coinvolto nel progetto, il numero di sale operatorie che dovranno essere dotate di sistemi di visualizzazione per sistema PACS.

Risposta

Le sale operatorie sono quelle riportate nelle planimetrie fornite e attive al momento della verifica.

Chiarimento n. 32 del 25.05.09

Domanda

Come dichiarato in fase di Sopralluogo, si chiede di confermare che, per quanto riguarda l'interfacciamento degli applicativi RIS/PACS offerti ai sistemi attualmente in uso presso codesto Spettabile Ente, resteranno a carico dell'azienda aggiudicataria le sole attività di propria competenza; tutte le attività che interessano configurazioni e/o sviluppi sui sistemi attualmente installati e dai quali verrà effettuato l'import (immagini e referti) resteranno invece a carico dell'Azienda ULSS7.

Risposta

Le attività che interessano configurazioni e/o sviluppi sui sistemi attualmente installati e dai quali verrà effettuato l'import (immagini e referti) resteranno a carico di questa Azienda ULSS7.

Chiarimento n. 33 del 25.05.09

Domanda

In riferimento al punto 17, pag. 4 del Capitolato Speciale si chiede di indicare il valore d'acquisto delle scorte di magazzino di pellicole/prodotti chimici/CD/DVD esistenti al momento dell'avvio della fornitura che l'azienda aggiudicataria è tenuta a rimborsare. In merito a tale scorta, comunque, al fine di tutelare la par condicio tra le aziende partecipanti, sarebbe auspicabile che il Vostro Ente prevedesse di consumare e esaurire le scorte esistenti durante l'avvio dell'impianto PACS, e perciò di escludere il ritiro di tale materiale da parte dell'azienda aggiudicataria. Ciò garantirebbe condizioni paritetiche tra i concorrenti. Qualora, infatti, l'attuale fornitore di materiali di consumo, in particolare delle pellicole radiografiche, fosse un concorrente di gara, sarebbe in grado di riposizionare sul mercato tale materiale avendo perciò un vantaggio economico di rilievo e non un aggravio.

Risposta

Vedi risposta al chiarimento n. 1.

Chiarimento n. 34 del 25.05.09

Domanda

Si chiede di esplicitare la suddivisione per singolo Presidio Ospedaliero della produttività annua esami al fine di poter effettuare un opportuno dimensionamento dell'impianto.

Risposta

Vedi l'allegato documento: Anno 2008 – PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VOLUMI DEFINITIVI DI ATTIVITA'.

Chiarimento n. 35 del 25.05.09

Domanda

Si chiede di dare evidenza del numero di prestazioni per pazienti esterni e del numero di prestazioni per pazienti interni sempre al fine di un opportuno dimensionamento dell'impianto e dei relativi prodotti di consumo richiesti.

Risposta

Vedi l'allegato documento: Anno 2008 – PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VOLUMI DEFINITIVI DI ATTIVITA'.

Chiarimento n. 36 del 25.05.09

Domanda

Per ciò che concerne la documentazione di carattere amministrativo, in particolare le dichiarazioni citate a pag. 2) dell'invito a presentare offerta, si chiede di precisare se, in considerazione del lasso di tempo trascorso fra la presentazione della domanda di partecipazione e l'invito alla gara sopra citata, è necessario allegare, oltre al citato Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a 6 mesi dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta anche:

- Dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38) del D.to L.vo 163/2006;
- Dichiarazioni bancarie;
- Dichiarazione attestante l'importo globale delle forniture e l'importo delle forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli esercizi 2005/2006/2007 (l'importo delle forniture identiche deve essere pari almeno ad Euro 3.500.000,00 + IVA nel triennio di riferimento);
- L'elenco delle principali forniture realizzate negli esercizi 2005/2006/2007;
- Descrizione dell'organizzazione distributiva e organizzazione aziendale.

Risposta

A pag. 18 del Capitolato Speciale (punto 13 delle "Documentazioni e certificazioni" dell'Art. 8 – Parte Tecnico-Amministrativa) viene richiesto "Aggiornamento delle Referenze nel **triennio 2006-2008** e relativi volumi di esami gestiti (da riferire a quanto proposto ed ad installazioni in Italia), che contenga la denominazione e luogo di installazione, data di installazione, modelli di apparecchiature, la sede e nome di persone di riferimento per l'effettuazione dell'eventuale visione dei sistemi offerti".

A pag. 2 della lettera-invito (punto e – Dichiarazioni – 7a voce) viene richiesto "di confermare la validità della documentazione presentata in sede di richiesta di ammissione alla gara, allegando eventuali aggiornamenti (in particolare il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato recante il nulla osta ai sensi della normativa "antimafia" – di data non anteriore a sei mesi dalla data scadenza per la presentazione delle offerte)"

Si richiede di aggiornare la documentazione richiesta per la partecipazione di cui al punto III.2.1.1 (Situazione giuridica – prove richieste) del Bando di gara.

Chiarimento n. 37 del 25.05.09

Domanda

Per ciò che concerne il versamento del C.I.G., dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, siamo a richiedere il numero e l'importo assegnati a codesta procedura di gara, ai sensi della normativa vigente.

Risposta

Si veda come risposta il chiarimento dato al punto n. 8.

Chiarimento n. 38 del 25.05.09

Domanda

In merito alla realizzazione della Fase 2 del Progetto, come indicato alla pag. 6 – ultimo capoverso, si chiede di specificare se la produttività delle unità operative indicate (Oculistica, Ostetricia, Cardiologia...) è inclusa nell'elenco riportato nel Doc_5_Volumi Attività contenuto del CD da Voi rilasciato. Qualora non fosse ricompresa, vogliate dettagliare la produttività delle singole Unità ai fini di un corretto dimensionamento.

Risposta

Le attività sono comprese nei dati riportati nell'allegato documento: Anno 2008 – PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VOLUMI DEFINITIVI DI ATTIVITA'.

Chiarimento n. 39 del 25.05.09

Domanda

In riferimento al punto 3.m e 3.o del Fac-simile di offerta, si chiede di esplicitare se tali voci siano effettivamente da quotare, in quanto, il dettaglio fornito alle pagg. 13 e 14 del Capitolato, non riporta le medesime informazioni a riguardo.

Risposta

I punti 3.m e 3.o del Fac-simile di offerta (rispettivamente "interfacce verso le modalità diagnostiche" e "interfacciamento eventuali apparecchiature non conformi allo standard Dicom" richiedono il prezzo unitario di riferimento per tali tipi di interfacciamenti di modalità Dicom e non Dicom.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
del SERVIZIO PROVVEDITORATO

f.to dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (tel. 0438664315)