



Servizio Provveditorato ed Economato

Ufficio Acquisto Beni Diagnostici, Farmaci e Vaccini

Fax 0438 664424

e-mail: antonella.pavanello@ulss7.it

Pieve di Soligo, 20/12/2010

Protocollo n. 44673
(da citare nella risposta)

Spett.le Ditta

FAX

OGGETTO: Procedura ristretta per la “fornitura in service di apparecchi (fissi e portatili) per l’esecuzione di emogasanalisi e determinazione del PH e di un sistema analitico per analisi decentrate (POCT) per l’ULSS n. 7” – chiarimenti -

Facendo seguito alla lettera invito prot. n. 39947 del 16/11/2010, su conforme richiesta di alcune ditte partecipanti alla gara, si chiarisce quanto segue:

- a) QUESITO: “Il numero di gara da citare nell’offerta è da intendersi come il numero di protocollo della lettera invito (n. 39947)?”

RISPOSTA: Il numero di gara da citare in offerta è il seguente: **613671**, come indicato nell’art. 7 del Capitolato Speciale;

- b) QUESITO: “ La dichiarazione di impegno in merito alla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla Vs. lettera di trasmissione documenti, deve essere inserita tra i documenti amministrativi di gara oppure attiene unicamente alla ditta aggiudicataria?”

RISPOSTA: Come precisato nella lettera di trasmissione dei documenti di gara, gli adempimenti legati alla “tracciabilità dei flussi finanziari” saranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria del singolo lotto.

- c) QUESITO: “Il server POCT verrà installato fisicamente a Conegliano?”

RISPOSTA: SI.

- d) QUESITO: “Gli strumenti (mi risultano essere 5 emogasanalizzatori non portatili), fisicamente dove saranno collocati?”

RISPOSTA: Come indicato nel Capitolato speciale, art. 1, i sistemi per l’esecuzione di esami di emogasanalisi “fissi” saranno 6, collocati:

- ✓ N. 2 apparecchi presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione di Conegliano;
- ✓ N. 2 apparecchi presso l’U.O. di Pneumologia di Vittorio Veneto;
- ✓ N. 1 apparecchio presso l’U.O. di Pronto Soccorso di Conegliano;
- ✓ N. 1 apparecchio presso l’U.O. di Pronto Soccorso di Vittorio Veneto.

- e) QUESITO: “ Avete intenzione di caricare sugli strumenti le provette barcodeate con il codice nosologico del paziente oppure con il consueto codice campione Concerto?”

RISPOSTA: Con entrambi.

- f) QUESITO: “Nel primo caso (paziente nosologico), avete necessità di avere il ricongiungimento anagrafico della provetta (nosologico – anagrafica paziente) prima

dell'esecuzione fisica dei test (analisi eroga), oppure anche dopo la ricezione del risultato?"

RISPOSTA: Dopo la ricezione.

g) QUESITO: "Chi valida tecnicamente e/o a livello clinico i test eseguiti?"

RISPOSTA: Il Laboratorio del Presidio Ospedaliero interessato.

h) QUESITO: "Refertate?"

RISPOSTA: SI.

i) QUESITO: "Lotto 4 (Sistema analitico per analisi decentrate – POCT -): Si richiede se è possibile offrire sistemi analitici di ultima generazione in grado di fornire un alto livello qualitativo senza necessariamente utilizzare i Controlli di Qualità di tipo tradizionale su 3 livelli. I sistemi analitici per POCT di ultima generazione sono provvisti di Controlli di Qualità interni completamente automatici atti a valutare l'intera performance analitica..."

RISPOSTA: Si riconferma la richiesta di Controlli su tre livelli (vedi art. 5 del Capitolato Speciale). Si coglie l'occasione per precisare "giornalmente sarà effettuato solamente un controllo da scegliere fra i tre forniti". Tale precisazione vale anche per il Lotto 1 (sistemi per l'esecuzione di esami di emogasanalisi "fissi").

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(f.to Dott. Livio Dal Cin)

Istruttoria curata da:
Antonella Pavanello
(tel. 0438664314)