



Servizio Provveditorato ed Economato

Pieve di Soligo, 02.12.2010

Protocollo n. **42393**

OGGETTO: Procedura ristretta - Licitazione Privata per la fornitura quadriennale di guanti per l'ULSS 7. **Chiarimenti.**

Facendo seguito alla lettera invito prot. n. **38215** del **02.11.2010**, a seguito delle richieste di n. 2 Ditte concorrenti, si comunica il

Chiarimento n. 1 del 01.12.2010

Domande

- 1) Campionatura: Qual'è l'indirizzo preciso dove inviare i campioni? C'è una data massima per l'invio dei campioni (oltre a quella di scadenza della gara)?

Risposta

- 1) La campionatura deve essere inviata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ulss 7 – via Lubin, 16 – 31053 Pieve di Soligo (TV). Il termine ultimo per l'**ARRIVO** della campionatura è quello fissato per la presentazione dell'offerta: ore 12,00 del 14.12.2010. Si ricorda che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Chiarimento n. 2 del 01.12.2010

Domande

- 1) LOTTO 1: Viene richiesto un valore di AQL inferiore a 1,5 e successivamente si specifica che saranno attribuiti 4 punti per AQL inferiore a 0,5.

2) LOTTO 2: Viene richiesto un AQL dichiarato inferiore a 0,5. Ciò premesso facciamo presente che non esistono sul mercato prodotti con AQL dichiarato pari o inferiore a 0,5. Questo valore può essere raggiunto solo per alcuni lotti di produzione ed infatti eventuali dichiarazioni di AQL pari o inferiori a 0,5 si riferiscono alla fase di produzione, non di rilascio finale. Chiediamo pertanto di rivedere la richiesta chiedendo un AQL inferiore a 1,5.

3) LOTTO 3 e LOTTO 8: Guanti in polietilene sterili e non: per questa tipologia di articoli non è possibile fornire certificazione in merito a EN374 (1, 2 & 3) dato che la particolare formulazione del materiale di produzione non permette l'esecuzione di detti tests.

Risposte

- 1) Nelle caratteristiche tecniche relative al lotto 1 si indica che i prodotti dovranno avere AQL inferiore a 1,5 con differente valutazione a favore di eventuali prodotti presentati con AQL inferiore a 0,5. La condizione di idoneità è quella di AQL minore 1,5; saranno assegnanti punti aggiuntivi (max 4) in caso di AQL minore di 0,5.

- 2) La richiesta viene rivista. Per il lotto 2 si richiede $AQL \leq 1,5$.
- 3) Nel documento della Regione Veneto "Indicazioni d'uso sull'impiego dei guanti sanitari" (anno 2006) si indica in merito ai guanti da esplorazione . "deve essere richiesta la marcatura CE come DPI rispondente alla norma UNI EN 374 (parti 1-2-3)". Qualora nessuno dei prodotti offerti sia accompagnato da certificazione in merito a EN 374 si procederà comunque all'aggiudicazione in base alle altre caratteristiche richieste.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(F.to Dott. Livio DAL CIN)